

重庆医科大学附属儿童医院询价比价通知书

我院以询价比价采购方式进行以下项目的采购，欢迎符合相应资格条件的供应商[线上提交](#)报价文件。

一、项目名称及其技术参数和性能要求

（一）项目名称

项目编号	招标项目名称	使用科室	单位	采购数量
2606N901	超净工作台	血管稳态与重 构研究室	台	1

（二）技术参数和性能要求

1. 单人单面垂直单向流，准闭合式。采用高效率、低能耗的风量可调送风系统，配备高清 LCD 彩色人机对话界面，轻触键操作。
2. 外尺寸(宽×深×高)≥1000mm×600mm×1600mm，工作尺寸(宽×深×高)≥ 800mm×600mm×500mm。
3. 采用高效空气过滤器（HEPA），对 0.3 μm 颗粒的过滤效率≥99.995%（或 99.99%）。
4. 洁净度：ISO 5 级。
5. 噪音：≤62dB(A)；照度：≥300Lx。
6. 平均风速：0.33m/s±0.03 m/s；菌落数：≤0.5 个/皿·时（直径 90mm 培养皿）。
7. 结构：全钢结构，前端圆弧一体成型的优质 304 不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型造型，使作业区气流受扰动最少。
8. 工作状态监测与显示：高清 LCD 彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器寿命显示及报警，玻璃移门开启高度过高、过低报警。内置万年历及时间显示，可紫外灯预约开启、关闭，风机预约开启、关闭，显示风机、紫外灯、过滤器运行累计时间，便于监控洁净工作台的实时状态。
9. 照明系统采用节能 LED 灯具，护眼设计。
10. 带刹车装置的万向转动优质脚轮，移动灵活，固定方便可靠。
11. 紫外线杀菌灯寿命≥5000 小时。
12. 质保 5 年。
13. 售后响应：售后故障响应时间不长于 2 小时，12 小时技术支持热线，48 小时上门维修或提供备用机。

14. 其他要求：投标人所投产品必须为国内生产。

以上参数要求请提供相应产品白皮书/官方截图/产品彩页/产品说明书/检验报告等佐证材料（产品白皮书、检验报告需生产厂家盖章，其余需投标人盖章）。

验收标准：投标人所提供的设备须为全新的非试制品，且生产日期需在验收之日前一年内。

二、询比价采购有关说明

（一）供应商应通过重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu.com）进行注册和报名。

（二）凡有意参加询比价采购的供应商，请在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台下载本项目询比价采购文件以及其他所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询比价采购实质性要求内容。

（三）询比价采购公告期限及报名截止时间：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（四）询比价采购方式/地点：线上询比价采购，供应商是否需到现场（结合项目需要），一般情况无需到场。

（五）询比价采购开始时间：详见电子招投标平台该项目公告内容，询比价采购时间内投标人保持电话畅通。

（六）以上内容若在挂网公示后有所变更，投标人注册手机号码将会收到相关短信通知，请及时查收。

三、采购项目内容及要求：

1. **报价要求：**投标报价包括招标内容包括但不限于设备的制造、运输（含现场运输）、保险、安装（含安装人员现场住宿）、调试、税金、验收、培训及质保期服务（若含备品备件、专用工具、技术资料、技术服务）等费用，还包括合同的税费、包装费及调试所需的材料费等与本采购项目有关的所有费用。

※本项目为一次性报价，以投标文件中的报价为最终报价，不再二次报价。

2. 技术参数如果投标单位所能提供的产品与本、邀标书要求的产品规格型号、技术指标不同，或推荐其它同类产品，请加附页附上所提供的产品的详细资料（规格型号、技术参数、技术指标、生产厂家等）。

3. 提供**参数对照偏离表格**。

四、报价供应商的资格要求：

1. 投标人必须是响应招标的法人或其他组织。

2. 如果投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的(代理商), 投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书, 非医疗设备的通用货物可不强制要求厂家授权。

3. 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件。并且投标人所提供的设备须为全新的非试制品。

4. 投标人必须具有在有效期内医疗器械经营许可证, **若标的物为非医疗器械管理设备, 可不要求;**

5. 具有在有效期内的“中华人民共和国医疗器械注册证”和“医疗器械产品注册登记表”, 均要求提供认证材料, **若标的物为非医疗器械管理设备, 可不提供;**

6. 须提供投标文件签署人的法人授权书(投标文件由法人代表签署时, 可不提供法人授权书);

五、其它有关规定:

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项(分包)下的采购活动, 否则均视为无效响应。

(二) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(三) 本项目的补遗文件(如果有)一律在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台(zbb.chcmu.com)发布, 请各供应商注意下载; 无论供应商下载与否, 均视同供应商已知晓本项目补遗文件(如果有)的内容。

(四) 超过响应文件截止时间递交的响应文件, 恕不接收。

(五) 询比价采购费用无论询比价采购结果如何, 供应商参与本项目询比价采购的所有费用均应由供应商自行承担。

(六) 本项目不接受联合体参与询比价采购。

(七) 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号, 供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 将拒绝其参与政府采购活动。

五、报价文件的组成(见后文)

报价文件的编制与递交

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，详细编制投标文件，按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全并提交全部有关证明文件。投标文件应字迹清晰、内容详实、表达准确。投标文件应实质上响应招标文件要求，否则其投标文件将视为无效。

一、语言

投标人在投标过程中所提交的任何文件均应使用中文，使用文字准确规范，内容清晰一致，投标人可以提交使用其它语言的资料，但有关内容必须翻译成中文，在有差异或矛盾时，应以中文资料为准，并承担一切责任。

二、文件的组成

- 1 开标一览表（耗材招标不填此表）（格式见附件 1）
- 2 所投各产品的技术参数（或技术指标）
- 3 技术条款差异表（格式见附件 2）
- 4 耗材招标专用报价表（设备招标不填此表）（格式见附件 3）
- 5 产品彩页
- 6 价格支撑文件（药交网开标当日价格截图或给其他医疗机构的供货发票）

三、文件的式样和签署

- 1 报价文件需提交**一正两副**；并在投标文件封面分别注明“正本”和“副本”字样。
- 2 报价文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订，且正本中每一页均要加盖投标企业公章（红章）。
- 3 除投标人对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人代表在修改处签字或盖章。

附件 1-开标一览表

开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

投标人名称															
产品名称							生产企业								
规格/型号				产 地				医疗器械注册证号							
投标单价 (元)				计数 单位				投标数量				投标总价 (小写)			
投标报价（大写）：															
质保期 (月)				交货期 (日历日)				维修到场时间 (小时)							
备用机到场时间 (日历日)				培训人员数量/ 培训时长						是否接受 常规付款					
随机备品、附件、工 具数量及供应方法															
质保期后服务															
备注：															

投标人

(投标人公章)

法定代表人授权代表：

(签字或盖章)

年 月 日

附件 2-技术条款差异表

技术条款差异表

招标项目名称：

序号	招标要求	投标应答	差异说明

投标人：

法定代表人授权代表：

（投标人公章）

（签字或盖章）

年 月 日

注：

- 1、本表即为对本项目“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；
- 2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
- 3、该表可扩展；
- 4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

附件 3-耗材招标专用报价表

[illegible]